



• **Gipssilo**
WGS-25 T/W



WGS-25 T



WGS-25 W

• **BETRIEBSANLEITUNG**



Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät aus der Wassermann-Produktpalette entschieden haben. Wassermann Dental-Maschinen bieten Ihnen höchste Qualität und neueste Technologie.

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes voll ausnutzen zu können und viele Jahre Freude an Ihrem Gerät zu haben, lesen Sie bitte vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch und bedienen Sie das Gerät den Anweisungen entsprechend. Die Betriebssicherheit und die Funktion des Gerätes können nur dann gewährleistet werden, wenn sowohl die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers als auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachtet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.



Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Gerät bedienen, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf, um im Bedarfsfall jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Firmenanschrift:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH

Rudorffweg 15-17

D-21031 Hamburg

Tel.: +49 (0)40/ 730 926 - 0 Fax.: +49 (0)40/ 730 37 24

e-mail: info@wassermann-dental.com

URL: [http:// www.wassermann-dental.com](http://www.wassermann-dental.com)

Inhaltsverzeichnis

1 Merkmale.....	4
2 Sicherheitshinweise.....	4
2.1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.....	4
2.2 Sicherheitshinweise.....	5
2.3 Haftung für Funktion und Schäden.....	5
3 Anwendungsbereich.....	5
4 Vor der Inbetriebnahme.....	6
4.1 Transport.....	6
4.2 Aufstellung.....	6
4.3 Lagerung.....	6
5 Installation / Inbetriebnahme	7
5.1 Erstbefüllung/Nachfüllen.....	7
6 Bedienung.....	7
6.1 Allgemeine Bedienungshinweise.....	7
7 Störungssuche/Fehlerbehebung.....	8
8 Instandhaltung.....	8
8.1 Reinigung.....	8
8.2 Wartung.....	9
8.3 Reparaturen.....	9
8.4 Ersatzteile.....	9
8.5 Lieferumfang/Zubehör.....	9
8.6 Garantie	10
9 Technische Daten.....	10
10 EG-Konformitätserklärung.....	11

1 Merkmale

- durchdachtes Silo für alle Gipse, Einbettmassen und Bimpulver
- Feinsteuerung des Materialflusses durch variable Rüttelintensität
- Kippmöglichkeit um 180° für leichte Befüllung bei geringem Kraftaufwand
- besonders robuste Stahlkonstruktion
- kratzfeste Kunststoffpulverbeschichtung für leichte Reinigung
- perfekt abgestimmt auf den Einsatz mit den Wassermann Dosierwaagen DSW-2 oder DSW-2/4 K

2 Sicherheitshinweise

2.1 Kennzeichnung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung



Warnung!

Dies ist eine Warnung, die auf Risikosituationen und Gefahren hinweist.

Eine Missachtung dieser Warnung kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Diese Warnungen sind unbedingt zu beachten!



Information!

Dies ist eine Information, die auf bestimmte unbedingt zu beachtende Merkmale hinweist.

2.2 Sicherheitshinweise

Jede Inbetriebnahme und Handhabung an dem Gerät setzt die **genaue Kenntnis** und **Beachtung** dieser **Betriebsanleitung** voraus. Das Gerät ist nur für die beschriebene Verwendung bestimmt.



ACHTUNG:

Sämtliche Service- und Reparaturarbeiten sind ausschließlich autorisiertem Fachpersonal vorbehalten.

Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten ist immer der Netzstecker zu ziehen.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der richtigen Netzspannung betrieben wird.

2.3 Haftung für Funktion und Schäden

Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder Betreiber über, soweit das Gerät von Personen, die nicht einem autorisierten Fachbetrieb angehören, unsachgemäß gewartet, instandgesetzt oder verändert wird, oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht.

Das Gerät muss gemäß dieser Betriebsanleitung gewartet und betrieben werden. Für Schäden, die durch **Nicht-Beachtung** der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet die Wassermann Dental-Maschinen GmbH nicht.

Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der Wassermann Dental-Maschinen GmbH werden durch vorstehende Hinweise nicht erweitert.

3 Anwendungsbereich

Das Gipssilo ist dazu konzipiert alle anfallenden Gipse, Einbettmassen und Bimspulver trocken und geschützt zu lagern. Auf Knopfdruck rieseln die Gipse gut kontrollierbar und klumpenfrei aus dem Silo.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für diesen Anwendungsbereich.

4 Vor der Inbetriebnahme

4.1 Transport

Stellen Sie vor einem Transport sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist. Beim Versand sollte auf eine sachgemäße Verpackung geachtet werden, um unnötige Transportschäden zu vermeiden.

 Es ist wichtig, dass eventuelle Transportschäden schon beim Auspacken erkannt werden. Gegebenenfalls ist eine sofortige Tatbestandsaufnahme erforderlich.

4.2 Aufstellung

Transportkarton öffnen, Verpackungsmaterial entfernen, Gerät und Zubehör vorsichtig entnehmen. Mitgeliefertes Zubehör überprüfen.

Das Gerät muss waagrecht auf einem standfesten und ebenen Untergrund stehen

 Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Arbeitsbereich und die Bedienfähigkeit nicht eingeschränkt wird (Baumaße berücksichtigen).

 Das Gerät nicht im Freien oder an schlecht gelüfteten Orten aufstellen.

Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät unbedingt Raumtemperatur annehmen.

Ausführung WGS-25W mit Wandhalter

Das Gerät an einer stabilen, tragenden Wand in der gewünschten Höhe mit beiliegendem Montagesatz anschrauben.

4.3 Lagerung

Bei längerer Lagerung das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub schützen.

5 Installation / Inbetriebnahme

5.1 Erstbefüllung/Nachfüllen

1. Riegel lösen, Silo am Griff vorziehen bis Riegel wieder einrastet
2. Hebel lösen, Silo um 180° schwenken bis Hebel wieder einrastet
3. Handkurbel nach unten drehen, bis Eimer frei geht
4. Leeren Eimer befüllen und wieder hineinstellen
5. Handkurbel hochdrehen bis Eimer fest angedrückt ist
6. Hebel lösen, Silo um 180° zurückschwenken bis Hebel wieder einrastet
7. Riegel lösen, Silo am Griff wieder zurückschieben bis Führungsbolzen, Steckverbindung und Riegel wieder sauber einrasten

Zuletzt stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose – achten Sie dabei auf gleiche Spannungsangaben von Gerät und Hausnetz.

6 Bedienung

6.1 Allgemeine Bedienungshinweise

Sämtliche Empfehlungen zur Anwendung des Gerätes, ob in mündlicher oder schriftlicher Form, beruhen auf eigenen Erfahrungen und Versuchen und können daher nur als Richtwert angesehen werden.

- Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- Gummistopfen am unteren Auslass entfernen.
- Behältnis für Gips, Einbettmasse, etc darunter stellen.
- Jetzt kann durch Drücken des unteren Knopfes das Material heraus gerüttelt werden.
- Der obere Knopf mit Ringpfeil dient zur Einstellung der Rüttelintensität.
- Das Gerät ist nur durch ziehen des Netzsteckers außer Betrieb zu setzen.

 **Bei längerer Nichtinbetriebnahme des Gerätes sollte der Netzstecker gezogen werden.**

- Verschlussstopfen entfernen.
- Pilzknopf betätigen.
- Die gewünschte Rüttelintensität am Drehregler darüber einstellen.
- Den Pilzknopf dabei solange gedrückt halten, bis die gewünschte Menge herausgerieselt ist.

7 Störungssuche/Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Fehlerbehebung
Silo rüttelt nicht	Netzstecker nicht eingesteckt	Netzstecker prüfen ggf. einstecken
	Steckverbindung nicht eingerastet	Steckverbindung prüfen ggf. erneut einrasten
Gips rieselt nicht heraus	Verschlussstopfen nicht entfernt	Verschlussstopfen prüfen ggf. entfernen
	Vorratsbehälter leer	Vorratsbehälter prüfen ggf. auffüllen



Wenn die genannten Maßnahmen keine Abhilfe schaffen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dental-Depot oder mit unseren Service-Mitarbeitern in Verbindung.

8 Instandhaltung

8.1 Reinigung



Vor Pflegearbeiten den Netzstecker ziehen.

Das Typenschild muss immer im gut lesbaren Zustand sein und darf nicht entfernt werden.



Äußerliche Verunreinigungen von Zeit zu Zeit mit einem Kaltreiniger entfernen.

Als Reinigungsmittel darf nur Kaltreiniger verwendet werden, um Beschädigungen an der Lackierung bzw. an der Beschriftung auszuschließen.

Um immer einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sollte das Gerät in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Das Gerät bedarf außer der „normalen“ Pflege (Schwamm, weiche Tücher, Kaltreiniger) keiner chemischen Zusatzmittel.

8.2 Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Es ist lediglich darauf zu achten, dass das Gerät sauber gehalten wird.

8.3 Reparaturen



Service oder Reparaturen an dem Gerät dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden. Im Ersatz sind nur Originalteile zu verwenden. Die Produkthaftung erlischt bei Veränderung des Gerätes durch unbefugte Personen und durch Einbau von bauartfremden Teilen.

8.4 Ersatzteile

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an unsere Service-Hotline unter Tel.:

040 / 730 92 6-0

8.5 Lieferumfang/Zubehör

Lieferumfang:	Artikel Nr.
25 kg Vorratsbehälter	---

Zubehör:	Artikel Nr.
25 kg Vorratsbehälter mit Deckel	390030

8.6 Garantie

 Die Garantiezeit unserer Geräte beträgt 12 Monate. Tritt innerhalb dieser Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Gerät auf, so benachrichtigen Sie bitte Ihr Dentaldepot oder setzen Sie sich direkt mit unseren Service-Mitarbeitern in Verbindung.

Das Gerät darf nur im technisch einwandfreien Zustand betrieben werden. Bei auftretenden Mängeln, durch die Mitarbeiter oder Dritte gefährdet werden könnten, darf das Gerät erst nach erfolgter Instandsetzung wieder benutzt werden.

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch ferner durch äußere mechanische Einwirkungen, Transportschäden sowie eigenmächtige Eingriffe in das Gerät durch nicht autorisierte Personen entstehen, sind durch diese Garantie nicht gedeckt.

9 Technische Daten

WGS-25 T	Artikel Nr.: 166998
WGS-25 W	Artikel Nr.: 166999*
Spannung:	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme:	0,3 A
Leistung:	70 W
Maße B x H x T / max. T:	445 x 1065 x 400 mm / max. 790 mm 445 x 910 x 400 mm / max. 790 mm*
Gewicht:	43,6 kg, 37,8 kg*
Schallpegel:	≤ 70 dB (A)

Die Geräuschemissionswerte des Gerätes sind ≤ 70 dB (A).

 Technische Änderungen vorbehalten.

10 EG-Konformitätserklärung

gemäß 2006/95/EG (Niederspannungs-Richtlinie) und 2004/108/EG (EMV-Richtlinie) und 2006/42/EG (Maschinen-Richtlinie)

Hersteller: W A S S E R M A N N Produktbeschreibung: Gipssilo für den
Dental-Maschinen GmbH Dentalbereich
Rudorffweg 15 - 17
D-21031 Hamburg

Maschinen-Typ: WGS-25 T Art.-Nr. 166998
WGS-25 W Art.-Nr. 166999

Angewandte Normen: DIN EN 61010-1
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61000-6-1
DIN 45635-1
DIN EN 60335-1

Hiermit wird bestätigt, dass die oben bezeichnete Maschine den genannten EG-Richtlinien entspricht. Diese Erklärung wird ungültig, falls die Maschine ohne unsere Zustimmung verändert wird.

This is to confirm that the above mentioned machine complies with the described EC rules. This declaration becomes invalid if the machine is modified without our approval.

Cette machine est conforme aux normes en vigueur de la Communauté Européenne. Cet avis est nul et non avenant si cette machine est modifiée sans notre accord.

Esta máquina, anteriormente mencionada, cumple con los límites requeridos por el reglamento EC. Ahora bien, esta declaración quedará invalidada en caso de realizar modificaciones al aparato sin nuestra aprobación.

Hiermee wordt bevestigd dat bovengenoemde machine voldoet aan de voorgeschreven EU normen. Deze verklaring verliest geldigheid als er zonder onze uitdrukkelijke toestemming wijzigen aan de machine worden aangebracht.

Ort, Datum: Hamburg, den 04.10.2012

Firmenstempel :



WASSERMANN
DENTAL-MASCHINEN GMBH
Rudorffweg 15 - 17 - 21031 Hamburg

Unterschrift : _____
Wilfried Wassermann
(Geschäftsführer)

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com